

# 質 問 回 答 書

1. 入札予定日：令和7年1月9日(木)
2. 番号：物品役務入札公告第 129251 号
3. 件名：コンビニエンスストア等設置 AED(自動体外式除細動機)賃貸借
4. 納入場所：胎内市 中倉 地ほか(一部村上市)
5. 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答	備考
1	<p>「同等品確認申請書」が提出された場合についても、質疑回答書と同様に設計図書閲覧所及びホームページにて公表されるという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また、同等品の可否について、疑義が生じた場合は質問期限を超過しても再質疑等にてその後の対応について協議できることでよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p> <p>原則、質問期限以降の再質問は受け付けません。</p>	
2	<p>同等品の基準の確認として</p> <p>①コンビニエンスストアを主とした AED の設置ということもあり、参考機種として挙げている日本光電工業(株)カルジオライフ AED-3150 は、機器の動きおよび音声ガイダンスと連動した「救命の一連の流れ」でイラストや文字等を用いたアニメーションで液晶画面に表示されるよう AED を使用した救命の一連の流れの訓練を受けたことのない人でも使用できるように配慮された機能が搭載されている AED であること、(救命の一連の流れとは、救急蘇生ガイドライン 2020 に準じた手順で胸骨圧迫のリズム音や時間の表示・AED の使用方法・指示が繰り返し行われること)</p> <p>②ショックボタンのある一般的な AED とオートショック AED はどちらでも可として、①②の両方の機能以上を備えていること及び仕様書3(1)(2)に記載されている内容に準じることで同等品として申請が提出できるということよろしいでしょうか。</p>	<p>液晶画面表示については、当市が示す参考機種は、液晶画面が表示される仕様となっておりますが、液晶画面に限らず、使用者が容易に使用できるよう、AED 本体に操作説明パネル等が表示され、音声ガイダンスと連動していれば、同等品としてよろしいです。</p> <p>その他については、お見込みのとおりです。</p>	

3	<p>設計書「リース」とありますが、弊社は、AEDを含む高度管理医療機器の販売業・賃貸業許可を取得していますので、リース会社を介さず直接、お貸しする賃貸借契約としてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>	
4	<p>仕様書 3(1)④「AED キャリングバッグ(メーカー純正)」とありますが、メーカー製とデザインは異なりますが、機能は同じ(AED 本体、予備電極パッド、レスキューキットなど収納)弊社製のキャリングケースでよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>	
5	<p>仕様書 3(1)⑤「救急セット」とありますが、ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース(RESACO-R)1個でよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>	
6	<p>仕様書 3(1)【参考機種】、3(2)④「日本光電工業(株) カルジオライフ AED-3150」「リモート監視システム等」とありますが、遠隔監視システムは必須の認識でよろしいでしょうか。遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。また遠隔監視システムは上記対応に加え、AEDの稼働状態(AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量)のレポート提出は必要の認識でよろしいでしょうか。レポートの提出のタイミングは「毎月」「隔月」「年1回」からご指定いただけますが、毎月の認識でよろしいでしょうか。なおレポートの報告は遠隔監視システムをご利用の場合に限定し</p>	<p>リモート監視システム等で、消耗品等の交換時期や、機器異常等を確認いただき、常に使用可能な状態であること、また、その情報を当市で確認することが可能であれば問題ありません。なお、電波状況によりリモート監視システム等が使用できない場合は別途協議を可能とします。また、当市への報告は仕様書のとおり毎月とし、電子メールでの報告を可能とします。</p>	

	<p>たサービスで電子メールにて提出でよろしいでしょうか。また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、遠隔監視システムを使用しないことを別途協議いただける認識でよろしいでしょうか。</p>		
7	<p>仕様書 3(1)【参考機種】「日本光電工業(株) カルジオライフ AED-3150」とありますが、日本光電工業製 AED-3150 は AED 本体にカラー液晶画面を搭載しており AED の音声ガイダンスと液晶画面のイラストと文字による操作説明が連動しております。AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AED を使用する際に混乱する恐れがあるため、AED 本体の音声ガイダンスと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>2で回答のとおり、当市が示す参考機種は、液晶画面が表示される仕様となっておりますが、液晶画面に限らず、使用者が容易に使用できるよう、AED 本体に操作説明パネル等が表示され、音声ガイダンスと連動していればよろしいです。</p>	
8	<p>仕様書 3(2)⑤ 消耗品について「交換」「受注者が行う」とありますが、新しい消耗品と交換要領書は弊社負担で設置先に送付しお客様で交換いただき、使用済み消耗品については、同梱の着払い伝票を使用して返送いただく運用をご承認いただけますでしょうか。AED 使用時には弊社コールセンターにご連絡いただき、復旧に必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社負担で設置先に送付しお客様で交換いただく運用をご承認いただけますでしょうか。</p>	<p>仕様書のとおり、受注者で交換を行ってください。</p>	
9	<p>仕様書 3(2)⑦ 「動産総合保険は、受注者の負担により付保」とありますが、添付文書の内容で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>	

10	同等品確認申請 (品名) IPAD CU-SPR (メーカー名) 株式会社 CU	同等品として認める。	
----	--	------------	--